

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 09.04.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 1695-79/1698-79

Количество СО в комплекте: 4

**Наименование СО:** СО СОСТАВА СРЕДНЕ И ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ ТИПА 37X12H8Г8МФБ (40С1), 4Х5В2ФС (40С2), 13Х14Н3В2ФР (40С3), 12ХН2 (40С4) серии 40С

**Назначение СО:**

СО предназначены для аттестации стандартных образцов состава средне- и высоколегированных сталей (ГОСТ 5632-72, ГОСТ 5950-73, ГОСТ 4543-71) на содержание серы.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

Действителен до: 01.12.1989

**Описание СО:**

материалом СО является средне- и высоколегированная сталь (ГОСТ 5632-72, ГОСТ 5950-73, ГОСТ 4543-71). СО изготовлены в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки с герметичной крышкой по 250 г, 300 г, 350 г.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

ИСО ЦНИИЧМ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

содержание серы, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности	***
-----------	------------------------------	------------------------	------------------	---------------------	-----

				$\pm\Delta^*$	
40C1	S	0.0049	%	0.0003	A
40C2	S	0.0087	%	0.0004	A
40C3	S	0.0123	%	0.0004	A
40C4	S	0.0243	%	0.0006	A

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.