

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 09.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 7392-97

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА РАСТВОРА ТРИБРОММЕТАНА

Назначение СО:

СО предназначен для градуировки хроматографов, метрологической аттестации и контроля погрешности МВИ содержания трибромметана в воде и других объектах окружающей среды.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 08.07.2007

Описание СО:

СО представляет собой бесцветную жидкость с ароматическим запахом, запаянная в стеклянные ампулы по 3 см³.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):
ГНПМП "ИНСЕРТ"

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: расчетно-экспериментальный

Срок годности экземпляра СО: 1 год

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:
массовая концентрация трибромметана, мг/см³

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\delta^*$	***
01	Трибромметан	0.8-1.2	мг/см ³	< 2	О

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.