

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 09.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 7426-97

Количество СО в комплекте: 3

Наименование СО: СО СОСТАВА РАСТВОРА ГЕКСАДЕКАНА В ГЕКСАНЕ (ПГХ)
(комплект)

Назначение СО:

СО предназначены для поверки газовых хроматографов серий НР 4890, НР 5890, НР 6890 с детекторами ионизации в пламени и теплопроводности и аналогичных им по метрологическим характеристикам.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 23.12.2007

Описание СО:

материал СО маловязкая жидкость, расфасованная в запаянные стеклянные ампулы вместимостью 5 см³ по 1 см³.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИНТЕГРСО

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: расчетно-экспериментальный

Срок годности экземпляра СО: 3 года

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая концентрация н-гексадекана, мг/см³

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\delta^*$	***
ПГХ-1	н-гексадекан (C ₁₆ H ₃₄)	2.85 - 3.15	мг/см ³	<2.0	О

ПГХ-2	н-гексадекан (C16H34)	2.85xE-1 - 3.15xE-1	мг/см3	<2.0	О
ПГХ-3	н-гексадекан (C16H34)	2.85xE-3 - 3.15xE-3	мг/см3	<2.0	О

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.