

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 01.07.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 7208-95

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ

Назначение СО:

СО предназначен для контроля показателей точности измерений, выполняемых по МВИ суммарного содержания одноосновных карбоновых кислот в водных средах и атмосферном воздухе, стандартные образцы должны применяться при погрешностях МВИ, превышающих не менее чем в 3 раза погрешность аттестованного значения СО.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 19.12.2001

Описание СО:

материал СО представляет собой жидкость, расфасованную в стеклянные ампулы вместимостью по 0,5 г.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

НПАО "СинтезПАВ"

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 3 года

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	Сумма одноосновных	> 99.5	%	< 0.5	А

	карбоновых кислот в пересчете на уксусную кислоту				
--	--	--	--	--	--

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.