

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 01.07.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 7218-95

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА ВОДКИ ИЗ СПИРТА ВЫСШЕЙ ОЧИСТКИ (СОВ-1)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля показателей точности измерений компонентов по НТД на методы анализа ГОСТ 5363-93, ГОСТ 26927-86, ГОСТ 26929-86, ГОСТ 26930-86, ГОСТ 26931-86, ГОСТ 26932-86, ГОСТ 26933-86, ГОСТ 26934-86, Методическое пособие "Криминалистическое исследование микроколичеств спиртных напитков заводского изготовления методом капиллярной газовой хроматографии с целью их дифференциации по типам", Горький, 1977; аттестации МВИ по ГОСТ 8.010-90; градуировки газовых хроматографов и фотоэлектроколориметров.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 19.12.2000

Описание СО:

материал СО представляет собой жидкость, расфасованную в стеклянные бутылки вместимостью 0,5 дм³

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

СибНИПТИП СО РАСХН

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля, %; объемная доля (для органических веществ), %

Индекс	Аттестованная характеристика	Аттестованное	Единица	Границы	***
--------	------------------------------	---------------	---------	---------	-----

СО		значение	величины	погрешности $\pm\Delta^*$	
01	C ₂ H ₅ ОН	39.9	%	0.1	А
01	Щелочность	0.58	см	0.03	А
01	Альдегиды в пересчете на уксусный альдегид в БС	2.38	мг/дм ³	0.11	А
01	Сивушные масла в пересчете на смесь изоамил.,изобутил.спирт.в БС	2.06	мг/дм ³	0.09	А
01	Эфиры в пересчете на этиловый эфир уксусной кислоты	4.57	мг/дм ³	0.23	А
01	Метиловый спирт в пересчете на БС	0.026	%	0.001	А
01	As (III) - ион	0.00045	мг/дм ³	0.00007	А
01	Cd (II) - ион	0.00038	мг/дм ³	0.00006	А
01	Cu (II) - ион	0.0124	мг/дм ³	0.0012	А
01	Hg (II) - ион	0.00020	мг/дм ³	0.00003	А
01	Pb (II) - ион	0.0011	мг/дм ³	0.0002	А
01	Zn (II) - ион	0.092	мг/дм ³	0.009	А
01	Ацетальдегид	0.00022	%	0.00004	А
01	Этилацетат	0.00032	%	0.00006	А
01	Этилформиат	0.00018	%	0.00003	А
01	Метанол (CH ₃ ОН)	0.028	%	0.002	А
01	Изобутанол	0.000080	%	0.000018	А
01	Изоамилол	0.000040	%	0.000008	А
01	н- пропанол	0.000030	%	0.000006	А
01	Изопропанол	0.000095	%	0.000025	А

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.