

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 08.07.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 7234-96

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА РАСТВОРОВ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ (набор ГСОРИМ)

**Назначение СО:**

СО предназначен для градуировки, аттестации и поверки средств измерений, предназначенных для определения содержания ионов Sb (V) в водных средах, воздухе, почве; контроль показателей точности измерений, выполняемых по МВИ содержания ионов Sb (V) в водных средах.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

Действителен до: 01.04.2001

**Описание СО:**

СО изготовлен в виде водного раствора, запаянного в стеклянные ампулы вместимостью 25 см<sup>3</sup>.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

АООТ "РИТМ"

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** серийное повторяющимися партиями

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 5 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестованной характеристики СО:**

массовая концентрация ионов Sb (V), мг/см<sup>3</sup>

| Индекс<br>СО | Аттестованная<br>характеристика | Аттестованное<br>значение | Единица<br>величины | Границы<br>погрешности<br>$\pm\delta^*$ | *** |
|--------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----|
|--------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----|

|  |              |             |        |   |   |
|--|--------------|-------------|--------|---|---|
|  | Sb (V) - ион | 0.097-0.103 | мг/см3 | 3 | О |
|--|--------------|-------------|--------|---|---|

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.