

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 11.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 7237-96

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ МЫШЬЯКА

Назначение СО:

СО предназначены для градуировки средств измерений и контроля показателей точности измерений, выполняемых по МВИ содержания ионов мышьяка в питьевой, поверхностных и сточных водах, пищевых продуктах и др. ГСО применяются при погрешностях СИ и МВИ, превышающих не менее, чем в 3 раза погрешность аттестованного значения ГСО.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 11.04.2001

Описание СО:

материал СО приготовлен из мышьяка металлического для полупроводниковых соединений ос.ч. или х.ч. ОСТ 6-12-112-73, кислота азотная ос.ч. или х.ч. ГОСТ 11125-84, вода бидистиллированная. СО расфасован в ампулы из белого медицинского стекла вместимостью по 10 см³ и упакованы в коробки.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ГИЦ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 3 года

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая концентрация ионов мышьяка, мг/см³

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\delta^*$	***
01	As (III) - ион	0.95-1.05	мг/см ³	<2	О

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.