

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 11.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 7291-96

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА РАСТВОРА ЭСТРАДИОЛА -17бета (СО-ЭД)

Назначение СО:

СО предназначен для градуировки спектрофотометрических, фотоколориметрических, фотометрических, хроматографических и иных, в том числе, специализированных средств измерений; метрологической аттестации методик количественного химического анализа пищевых продуктов, пищевого сырья и биопроб на содержание в них эстрадиола-17бета; контроля показателей точности измерений, выполняемых по методикам количественного химического анализа пищевых продуктов и продовольственного сырья на содержание в них эстрадиола-17бета.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 18.06.2006

Описание СО:

СО-ЭД (эстратриен-1,3,5(10)-диол-3,17бета в ацетонитриле) в виде жидкости запаян в светозащитные ампулы вместимостью 10 см³ по 5.5 см³

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

НПФ "ЛЮМЭКС"

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: расчетно-экспериментальный

Срок годности экземпляра СО: 1 год

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая концентрация эстрадиола-17 бэта, мг/см³

Индекс	Аттестованная	Аттестованное	Единица	Границы	***
--------	---------------	---------------	---------	---------	-----

СО	характеристика	значение	величины	погрешности $\pm\delta^*$	
01	Эстрадиол-17бета в ацетонитриле	0.95-1.05	мг/см ³	< 2	О

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.