

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 11.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 7327-96

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА РАСТВОРА ТЕТРАХЛОРЕТИЛЕНА

Назначение СО:

СО предназначен для градуировки хроматографов, метрологической аттестации и контроля погрешности МВИ содержания тетрахлорэтилена в воде и других объектах окружающей среды.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 24.12.2006

Описание СО:

СО в виде бесцветной жидкости, запаян в стеклянные ампулы по 3 см³.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ГНПМП "ИНСЕРТ"

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 1 год

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая концентрация тетрахлорэтилена, мг/см³

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\delta^*$	***
01	Тетрахлорэтилен	0.8-1.2	мг/см ³	< 4	О

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.