

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 17.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1220-83П

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 31Х19Н9МВБТ (С40а)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля правильности результатов анализа сталей легированных (ГОСТ 5632-72) на аттестованные методики.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.03.1993

Описание СО:

материал СО представляет собой сталь легированную. СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки по 250 г.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	C	0.331	%	0.002	A
01	Si	0.451	%	0.004	A

01	Mn	1.23	%	0.01	A
01	Cr	19.06	%	0.03	A
01	Ni	9.06	%	0.03	A
01	W	1.10	%	0.01	A
01	Mo	1.22	%	0.01	A
01	Ti	0.222	%	0.003	A
01	V	0.028	%	0.001	A
01	Cu	0.091	%	0.002	A
01	S	0.0116	%	0.0004	A
01	P	0.010	%	0.001	A
01	Nb	0.329	%	0.005	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.