

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 17.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1690-83П

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА ЧУГУНА ЛИТЕЙНОГО ТИПА Л6 (Ч4а)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля правильности результатов анализа чугунов (ГОСТ 4832-80) на аттестованные элементы.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.09.1993

Описание СО:

материал СО представляет собой чугун литейный. СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки по 200 г.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	Si	1.32	%	0.01	A
01	Mn	0.816	%	0.006	A
01	S	0.0170	%	0.0006	A

01	P	0.204	%	0.003	A
01	Cr	0.521	%	0.004	A
01	Ni	0.392	%	0.005	A
01	Cu	0.149	%	0.002	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.