

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 17.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 2476-83

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА БАРИЯ УГЛЕКИСЛОГО ТЕХНИЧЕСКОГО
Назначение СО:

СО предназначен для контроля правильности результатов измерения состава бария углекислого технического по ГОСТ 2149-75.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.11.1992

Описание СО:

материал СО представляет собой барий углекислый технический. СО изготовлен в виде порошка, расфасованного в банки по 250 г.

Страна изготовитель ГСО: Украина

Изготовитель(и):

ХНПО "КАРБОНАТ"

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения:

Срок годности экземпляра СО: 2 года

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля компонентов, % в пересчете на сухое вещество

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm \Delta^*$	***
01	S	(0.080)	%		
01	Mg	(0.010)	%		
01	BaCO ₃	99.25	%	0.12	A

01	Нерастворимый остаток	0.117	%	0.006	A
01	Хлориды в пересчете на Cl - ион	0.080	%	0.002	A
01	Fe	0.0052	%	0.0005	A
01	Сумма Ca и Mg	0.114	%	0.006	A
01	Ca	0.104	%	0.005	A
01	Сумма Na и K	0.15	%	0.01	A
01	Na	0.149	%	0.009	A
01	Sr	0.89	%	0.05	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** A - абсолютная, O - относительная.