

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 17.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 2518-83

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО ОТКРЫТОЙ ПОРИСТОСТИ (КОРУНД) 101

Назначение СО:

СО предназначены для контроля правильности результатов измерений открытой пористости огнеупорных изделий.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.09.1994

Описание СО:

материал СО представляет собой корунд с содержанием Al_2O_3 не менее 85 %. СО изготовлены в виде цилиндров диаметром 30 мм и высотой 55 мм.

Страна изготовитель ГСО: Украина

Изготовитель(и):

УкрНИИ ОГНЕУПОРОВ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: использование государственных эталонов единиц величин, применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 6 лет с повторной аттестацией через 2 года

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

открытая пористость, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm \Delta^*$	***
01	Открытая пористость		1-5	%	0.5	А

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.