

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 17.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 2577-83

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА КВАРЦИТА (СКВ-1)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля правильности результатов анализа кварцитов, выполняемого химическими, физико-химическими и физическими методами III категории в соответствии с ОСТ 41-08-212-82 "Классификация методов анализа минерального сырья по точности результатов".

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.12.1992

Описание СО:

материал СО представляет собой кварцит. СО изготовлен в виде порошка, расфасованного в полиэтиленовую тару по 100 г.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

НИИПФ ИГУ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля компонентов, % (в расчете на материал, высушенный при 105 град. Цельсия)

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm \Delta^*$	***
--------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	--	-----

01	Li	(0.0004)	%		
01	Be	(0.00008)	%		
01	B	(0.007)	%		
01	Na ₂ O	(0.07)	%		
01	MgO	(0.03)	%		
01	SiO ₂	(99.0)	%		
01	P ₂ O ₅	(0.01)	%		
01	K ₂ O	(0.02)	%		
01	Cr	(0.005)	%		
01	MnO	(0.006)	%		
01	Co	(0.0006)	%		
01	Ni	(0.001)	%		
01	Cu	(0.001)	%		
01	Zn	(0.0006)	%		
01	Ga	(0.0003)	%		
01	Sr	(0.001)	%		
01	Zr	(0.003)	%		
01	Nb	(0.0008)	%		
01	Потери массы при прокаливании	(0.2)	%		
01	Al ₂ O ₃	0.12	%	0.02	A
01	CaO	0.10	%	0.01	A
01	TiO ₂	0.015	%	0.002	A
01	Fe ₂ O ₃	0.63	%	0.01	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** A - абсолютная, O - относительная.