

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 17.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 2578-83/2580-83

Количество СО в комплекте: 3

Наименование СО: СО ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ (ОРГАНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ)
комплект ТЖ

Назначение СО:

СО предназначены для поверки приборов ОТС-6 и ИТЗ-2 для измерения теплопроводности жидких и пастообразных нефтей и нефтепродуктов.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.06.1996

Описание СО:

материалом СО ТЖ-1 является полиметилсилоксановая жидкость ПМС-1 по ГОСТ 13032-77, СО ТЖ-2 - масло вазелиновое медицинское по ГОСТ 3164-78, СО ТЖ-3 - глицерин по ГОСТ 6259-75. Комплект состоит из трех образцов. СО представляет собой жидкость, расфасованную в стеклянные или полимерные флаконы емкостью 250 см³.

Страна изготовитель ГСО: Республика Беларусь, Грузия

Изготовитель(и):

НПО "ИСАРИ"

ИН-Т ТЕПЛО и МАССООБМЕНА АН Бел.

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 2 года

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

коэффициент теплопроводности, Вт/(м*К)

Индекс	Аттестованная	Влияющие	Аттестованное	Единица	Границы	***
--------	---------------	----------	---------------	---------	---------	-----

СО	характеристика	величины	значение	величины	погрешности $\pm\delta^*$	
01	Коэффициент теплопроводности		0.165-0.145	Вт/(м*К)	2.5	О
02	Коэффициент теплопроводности		0.140-0.120	Вт/(м*К)	2.5	О
03	Коэффициент теплопроводности		0.270-0.300	Вт/(м*К)	2.5	О

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.