

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 17.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 2586-83

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА ДЕКАНА

Назначение СО:

СО предназначен для градуировки и поверки хроматографической аппаратуры универсального назначения в соответствии с МИ 197-77.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.03.2000

Описание СО:

материал СО представляет собой декан квалификации х.ч. по ТУ 6-09-659-76. СО расфасован в стеклянные ампулы по 5 см³.

Страна изготовитель ГСО: Украина

Изготовитель(и):

НПО "Монокристаллреактив"

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

молярная доля декана, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm \Delta^*$	***
01	Декан	99.70-100	%	0.01-0.06	А

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.