

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 17.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 2635-83/2644-83

Количество СО в комплекте: 10

Наименование СО: СО СОСТАВА АЛЮМИНИЯ ПЕРВИЧНОГО (комплект 38)

Назначение СО:

СО предназначены для проведения спектрального анализа алюминия на содержание натрия по ГОСТ 11069-74 (стандарт СЭВ 951-78) и ОСТ 48-185-81 "Слитки плоские для проката из сплавов АМГ и АМЦ" (утвержден МЦМ СССР).

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.09.1997

Описание СО:

материал СО алюминий высокой чистоты, изготовленный в виде электродов диаметром 10 мм и длиной 110 мм. Комплект состоит из десяти образцов.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ВАМИ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля натрия, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm \Delta^*$	***
01	Na	0.00090	%	0.00007	A
02	Na	0.00035	%	0.00003	A

03	Na	0.00037	%	0.00005	A
04	Na	0.00052	%	0.00005	A
05	Na	0.0024	%	0.0004	A
06	Na	0.021	%	0.001	A
07	Na	0.0044	%	0.0004	A
08	Na	0.012	%	0.001	A
09	Na	0.0042	%	0.0005	A
10	Na	0.0017	%	0.0002	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.