

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 17.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 2707-83/2712-83

Количество СО в комплекте: 6

Наименование СО: СО КОНЦЕНТРАЦИИ ЭЛЕМЕНТА (комплект МС1)

Назначение СО:

СО предназначены для аттестации и поверки рентгенорадиометрических анализаторов (ГОСТ 22462-77).

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.06.1988

Описание СО:

комплект состоит из шести образцов. СО изготовлены в виде таблеток диаметром 50 мм и толщиной 10 мм из полимерного материала с наполнителем.

Страна изготовитель ГСО: Грузия

Изготовитель(и):

ИН-Т ФИЗИКИ АН ГРУЗИИ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: расчетно-экспериментальный

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля свинца, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm \Delta^*$	***
01	С	(76.54)	%		
02	С	(76.25)	%		
03	С	(75.86)	%		

04	C	(73.61)	%		
05	C	(69.79)	%		
06	C	(64.11)	%		
01	H	(6.43)	%		
02	H	(6.40)	%		
03	H	(6.37)	%		
04	H	(6.18)	%		
05	H	(5.86)	%		
06	H	(5.38)	%		
01	O	(16.99)	%		
02	O	(16.93)	%		
03	O	(16.84)	%		
04	O	(16.34)	%		
05	O	(15.50)	%		
06	O	(14.23)	%		
01	Pb	0.0454	%	0.0006	A
02	Pb	0.411	%	0.005	A
03	Pb	0.921	%	0.012	A
04	Pb	3.78	%	0.09	A
05	Pb	8.66	%	0.22	A
06	Pb	15.94	%	0.40	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** A - абсолютная, O - относительная.