

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 17.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 2729-83

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО МАГНИТНОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ (СЛАБОМАГНИТНЫЕ СТАЛИ) комплект МС-4

Назначение СО:

СО предназначены для градуировки и поверки рабочих средств измерений магнитной проницаемости слабомагнитных материалов (ОСТ 5.9197-74).

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.09.1993

Описание СО:

комплект состоит из пяти стержней цилиндрической формы длиной 100 мм и диаметром 7 мм. Вещество-носитель свойств: сталь марок 45Г17ЮЗ по ТУМ-1-779-73 и 12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 14Х17Н2 по ГОСТ 5949-75.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

НПО "ВНИИМ им.Д.И.Менделеева"

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: использование государственных эталонов единиц величин

Срок годности экземпляра СО: 10 лет с повторной аттестацией через 2 года

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

относительная максимальная магнитная проницаемость, отн. ед.

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\delta^*$	***
--------------	---------------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------	---	-----

01	Относительная максимальная магнитная проницаемость		1.002-1.005	отн. ед.	3	О
02	Относительная максимальная магнитная проницаемость		1.02-1.05	отн. ед.	3	О
03	Относительная максимальная магнитная проницаемость		1.2-6.0	отн. ед.	3	О
04	Относительная максимальная магнитная проницаемость		20-100	отн. ед.	3	О
05	Относительная максимальная магнитная проницаемость		20-100	отн. ед.	3	О

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.