

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 17.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 963-83П

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА ОГНЕУПОРА МУЛЛИТОВОГО ТИПА МЛЛД (КЗ)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля правильности результатов анализа огнеупора муллитового (ГОСТ 10381-75) на аттестованные компоненты.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.08.1993

Описание СО:

материал СО представляет собой огнеупор муллитовый. СО изготовлен в виде порошка, расфасованного в стеклянные банки по 125 г.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 5 лет с последующей проверкой стабильности

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля компонентов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	SiO ₂	33.7	%	0.1	A
01	Al ₂ O ₃	62.7	%	0.1	A
01	MgO	0.31	%	0.01	A

01	CaO	0.48	%	0.01	A
01	Fe ₂ O ₃	1.14	%	0.02	A
01	Na ₂ O	0.307	%	0.009	A
01	K ₂ O	0.174	%	0.007	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.