

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 11.04.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 5240-94П

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА ВОДНОГО РАСТВОРА СУЛЬФАТ-ИОНА  
**Назначение СО:**

СО предназначен для градуировки аналитических приборов (спектрофотометров, фотоэлектроколориметров), а также для контроля правильности результатов анализа различных проб на аттестованные элементы спектрофотометрическим методом.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 13.03.2000

**Описание СО:**

материал СО представляет собой водный раствор калия сернокислого, расфасованный в стеклянные ампулы по 6 см<sup>3</sup>.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**  
ГНПМП "ИНСЕРТ"

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное повторяющееся

**Способ установления аттестованного значения:** применение аттестованных методик измерений

**Срок годности экземпляра СО:** 3 года

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**  
массовая концентрация сульфат-ионов, мг/см<sup>3</sup>

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta / \pm\delta$ *	***
01	SO <sub>4</sub> - ион	0.475 - 0.525	мг/см <sup>3</sup>	<1	0

\* при доверительной вероятности 0,95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.