

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 11.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 5242-94П

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА ВОДНОГО РАСТВОРА ХЛОРИД-ИОНА

Назначение СО:

СО предназначен для градуировки аналитических приборов (спектрофотометров, фотоэлектроколориметров), а также для контроля правильности результатов анализа различных проб на аттестованные элементы спектрофотометрическим методом.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 13.03.2000

Описание СО:

материал СО представляет собой водный раствор натрия хлористого, расфасованный в стеклянные ампулы по 6 см³.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ГНПМП "ИНСЕРТ"

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 3 года

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая концентрация хлорид-ионов, мг/см³

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta / \pm\delta$ *	***
01	Cl ⁻ - ион	0.475 - 0.525	мг/см ³	<1	0

* при доверительной вероятности 0,95

*** А - абсолютная, О - относительная.