

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1727-80

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО ОТРАЖАЮЩИХ СВОЙСТВ (ФТОРОПЛАСТ) ФТ17

Назначение СО:

СО предназначен для аттестации и поверки рабочих средств измерений коэффициента отражения.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.12.1998

Описание СО:

СО изготовлен из фторопласта-4 (ГОСТ 10007-72) в виде плоской коаксиальной шайбы диаметром 16 мм и высотой 17 мм.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

СНИИМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: использование государственных эталонов единиц величин

Срок годности экземпляра СО: 2 года с переаттестацией в СНИИМ

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

модуль коэффициента отражения по напряженности электрического поля, отн. ед.

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\delta^*$	***
01	Модуль коэффициента отражения		0.201	отн. ед.	2	О

	электромагнитных волн (ЭМВ)					
01	Модуль коэффициента отражения электромагнитных волн (ЭМВ)		0.302	отн. ед.	2	О
01	Модуль коэффициента отражения электромагнитных волн (ЭМВ)		0.314	отн. ед.	2	О
01	Модуль коэффициента отражения электромагнитных волн (ЭМВ)		0.333	отн. ед.	2	О
01	Модуль коэффициента отражения электромагнитных волн (ЭМВ)		0.247	отн. ед.	2	О
01	Модуль коэффициента отражения электромагнитных волн (ЭМВ)		0.340	отн. ед.	2	О
01	Модуль коэффициента отражения электромагнитных волн (ЭМВ)		0.347	отн. ед.	2	О
01	Модуль коэффициента отражения электромагнитных волн (ЭМВ)		0.264	отн. ед.	2	О
01	Модуль коэффициента отражения электромагнитных волн (ЭМВ)		0.177	отн. ед.	2	О

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.