

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1784-80

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА ШЛАКА ДОМЕННОГО (ШЗ)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава шлака доменного (ТУ 14-11-145-77 "Шлак доменный титанистый", МЧМ СССР) на аттестованные элементы.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.12.1989

Описание СО:

материалом СО является шлака доменного (ТУ 14-11-145-77 "Шлак доменный титанистый"). СО изготовлен в виде порошка, расфасованного в стеклянные банки с герметичной крышкой по 200 г.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание компонентов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
ШЗ	Al ₂ O ₃	(15.5)	%		

ШЗ	MnO	0.36	%	0.01	A
ШЗ	S	0.65	%	0.01	A
ШЗ	SiO ₂	29.2	%	0.1	A
ШЗ	TiO ₂	8.56	%	0.06	A
ШЗ	V ₂ O ₅	0.13	%	0.01	A
ШЗ	MgO	11.4	%	0.1	A
ШЗ	CaO	34.1	%	0.2	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.