

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1894-80

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА ШЛАКА ДОМЕННОГО (Ш2)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава шлака доменного (ГОСТ 3476-74) на аттестованные компоненты.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.07.1990

Описание СО:

материалом СО является шлак доменный (ГОСТ 3476-74). СО изготовлен в виде порошка, расфасованного в стеклянные банки с герметичной крышкой по 125 г.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание компонентов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
Ш2	SiO ₂	37.4	%	0.1	A
Ш2	CaO	44.2	%	0.2	A
Ш2	Al ₂ O ₃	7.43	%	0.05	A

Ш2	MgO	2.71	%	0.03	A
Ш2	MnO	0.94	%	0.02	A
Ш2	Fe	1.89	%	0.02	A
Ш2	S	1.97	%	0.02	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.