

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1940-80

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО УДЕЛЬНОЙ ЯРКОСТИ СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫХ ЭКРАНОВ
НА ОСНОВЕ МОНОКРИСТАЛЛОВ ЦЕЗИЙ-ЙОД НАТРИЙ

Назначение СО:

СО предназначен для измерений удельной яркости сцинтилляционных экранов, выпускаемых из производства и находящихся в эксплуатации методом сравнения.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.10.1990

Описание СО:

СО представляют собой экраны на основе монокристаллов CsJ(Na) размерами: диаметр от 40 до 200 мм, высота от 3 до 25 мм, упакованные в алюминиевые контейнеры с зеркальным отражением.

Страна изготовитель ГСО: Украина

Изготовитель(и):

НПО "Монокристаллреактив"

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

удельная яркость, кд*кг/м²*А

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
--------------	---------------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------	---	-----

01	Удельная яркость сцинтилляционных экранов		3.0E+3 - 10.0E+33	кД*кГ/м2*А	0.5E+3	А
----	---	--	----------------------	------------	--------	---

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.