

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.04.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 1991-80

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СВЕТОВОГО ВЫХОДА СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫХ  
ДЕТЕКТОРОВ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ НА ОСНОВЕ  
ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТА

**Назначение СО:**

СО предназначен для измерений светового выхода сцинтилляционных детекторов ионизирующих излучений на основе полиметилметакрилата, выпускаемых из производства и находящихся в эксплуатации, методом сравнения.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

Действителен до: 01.12.1990

**Описание СО:**

СО представляют собой цилиндры из полиметилметакрилата размерами: диаметр от 5 до 100 мм, высота от 5 до 100 мм.

**Страна изготовитель ГСО:** Украина

**Изготовитель(и):**

НПО "Монокристаллреактив"

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** серийное повторяющимися партиями

**Способ установления аттестованного значения:** применение аттестованных методик измерений

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

световой выход, усл. ед.

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности	***
--------------	---------------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------	------------------------	-----

					$\pm\Delta^*$	
01	Световой выход		0.10-0.30	усл. ед.	0.01	А

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.