

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 4969-89

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО МАССОВОЙ ДОЛИ ЭЛЕМЕНТОВ (637)
(КОМПЛЕКТ"ПОИСК")

Назначение СО:

СО предназначены для аттестации и поверки рентгенорадиометрической аппаратуры РАГ (ГОСТ 22462-77), имеющей приведенную основную погрешность 10 %.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.06.1999

Описание СО:

СО входит в комплект "ПОИСК" состоящий из 415 СО. СО изготовлены из полимерных материалов с добавками соединений элементов и представляют собой цилиндры диаметром 50 мм, высотой (12-23) мм с полуцилиндрической выемкой диаметром 36 мм в торце.

Страна изготовитель ГСО: Республика Казахстан

Изготовитель(и):

НИИСТРОМПРОЕКТ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: расчетно-экспериментальный

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
--------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---	-----

01	Zn	4.70 - 5.20	%	0.31	A
01	Sr	0.85 - 1.15	%	0.06	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.