

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.04.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 2033-81

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА СРЕДНЕ- И ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ  
ТИПА 37X12H8Г8МФБ, 4X5B2ФС, 13X14H3B2ФР, 12ХН2 серии 40С

**Назначение СО:**

СО предназначен для аттестации массовой доли серы в стандартных образцах состава средне- и высоколегированных сталей (ГОСТ 5632-72, ГОСТ 5950-73, ГОСТ4543-71) в соответствии с ГОСТ 12345-80.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

Действителен до: 01.04.1991

**Описание СО:**

материалом СО является средне- и высоколегированная сталь (ГОСТ 5632-72, ГОСТ 5950-73, ГОСТ4543-71). СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки с герметичной крышкой по 300 г.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

ИСО ЦНИИЧМ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

массовая доля серы, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
--------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---	-----

40С4	S	0.0241	%	0.0006	A
------	---	--------	---	--------	---

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.