

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 2182-81

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА КИСЛОТЫ ВИННОЙ

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава вод при определении массовой концентрации винной кислоты и суммы массовых концентраций органических кислот, а также для поверки титриметрических анализаторов жидкости для определения химической потребности в кислороде (ХПК) сточных вод.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.09.1984

Описание СО:

СО изготовлен в виде порошка (ГОСТ 5817-77), расфасованного в полиэтиленовые пакеты по 25 г и стеклянные ампулы по 15 г.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

УЛТИ

Свердловский ф-л ВНИИМ им.Д.И.Менделеева

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 3 года

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля винной кислоты, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности	***
--------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------	-----

				$\pm\Delta^*$	
01	Винная кислота	99.87	%	0.05	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.