

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.04.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 2183-81

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА ФЕРРОСИЛИКОЦИРКОНИЯ ТИПА ФСР50 (Ф27)  
**Назначение СО:**

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава ферросиликоциркония (ТУ 14-5-83-77 "Ферросиликоцирконий", МЧМ СССР) на аттестованные элементы в соответствии с ГОСТ 17001.1-71, ГОСТ 17001.3-71 - ГОСТ 17001.4-71, ГОСТ 17001.6-71 - ГОСТ 17001.8-71.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.08.2001

**Описание СО:**

материалом СО является ферросиликоцирконий (ТУ 14-5-83-77). СО изготовлен в виде порошка, расфасованного в стеклянные банки с герметичной крышкой по 250 г.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**  
ИСО ЦНИИЧМ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

массовая доля элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
Ф27	S	(0.001)	%		

Ф27	Si	26.01	%	0.05	A
Ф27	C	0.112	%	0.003	A
Ф27	P	0.042	%	0.001	A
Ф27	Al	7.97	%	0.04	A
Ф27	Ti	0.228	%	0.004	A
Ф27	Cu	1.54	%	0.01	A
Ф27	Zr	49.7	%	0.1	A

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.