

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.04.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 2184-81/2185-81

Количество СО в комплекте: 2

**Наименование СО:** СО ВЛАЖНОСТИ КАМЕННОГО УГЛЯ (комплект ИВУ)

**Назначение СО:**

СО предназначены для поверки влагомеров угля ИВУ при выпуске их из производства и в процессе эксплуатации.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.09.1982

**Описание СО:**

комплект включает 2 стандартных образца, отличающихся по цвету (СО №1 бронзового цвета имитирует диэлектрические свойства угля в диапазоне от 0.5 до 2 % влажности, СО №2 стального цвета - в диапазоне от 3 до 5% влажности). СО представляют собой гранулированный полимерный материал с наполнителем, расфасованный в полиэтиленовые флаконы емкостью 200 см<sup>3</sup>.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

Свердловский ф-л ВНИИМ им.Д.И.Менделеева

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** серийное повторяющимися партиями

**Способ установления аттестованного значения:** применение аттестованных методик измерений

**Срок годности экземпляра СО:** 1 год

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

имитируемая влажность, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности	***
-----------	------------------------------	-------------------	------------------------	------------------	---------------------	-----

					$\pm\Delta^*$	
	Имитируемая влажность		0.5 - 5	%	0.3	A

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* A - абсолютная, O - относительная.