

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 25.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 51-84П

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА ФЕРРОВАНАДИЯ ТИПА ФВД35В (Ф19)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава феррованадия (ТУ 14-5-98-78 "Феррованадий", МЧМ СССР) на аттестованные элементы.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.12.1993

Описание СО:

материалом СО является феррованидий (ТУ 14-5-98-78). СО изготовлен в виде порошка крупностью менее 0.1 мм, расфасован в склянки по 0.25 кг.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля элементов, %

| Индекс СО | Аттестованная характеристика | Аттестованное значение | Единица величины | Границы погрешности $\pm\Delta^*$ | *** |
|-----------|------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------|-----|
| Ф19 | Si | 2.01 | % | 0.01 | A |
| Ф19 | Mn | 2.57 | % | 0.01 | A |
| Ф19 | C | 0.379 | % | 0.005 | A |

| | | | | | |
|-----|----|--------|---|--------|---|
| Ф19 | S | 0.008 | % | 0.001 | A |
| Ф19 | P | 0.061 | % | 0.001 | A |
| Ф19 | Al | 0.057 | % | 0.003 | A |
| Ф19 | Cu | 0.068 | % | 0.002 | A |
| Ф19 | V | 44.3 | % | 0.1 | A |
| Ф19 | As | 0.0010 | % | 0.0002 | A |

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.