

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 25.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 2901-84

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО ТЕМПЕРАТУРНОГО КОЭФФИЦИЕНТА ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ (КОРУНД) СО ТКЛР

Назначение СО:

СО предназначен для комплектной проверки рабочих дилатометров в диапазоне температур от 20 град. Цельсия до 900 град. Цельсия.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.06.1989

Описание СО:

СО требуемой формы и размеров изготавливаются из монокристаллов корунда, выращенных в виде стержней длиной до 3000 мм, диаметром до 5 мм или булей длиной до 250 мм, диаметром до 25 мм (ТУ 6-03-22-70-78).

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ВНИИФТРИ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

относительное удлинение, отн. ед.; температурный коэффициент линейного расширения

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
-----------	------------------------------	-------------------	------------------------	------------------	-----------------------------------	-----

01	Температурный коэффициент		5.6E-6 - 9-2E-6	К-1	2.1E-7	А
01	Относительное удлинение		0 - 6955E-6	отн. ед.	15E-6	А

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.