

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 25.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 2909-84

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА ЧУГУНА ТИПА П2 (Ч8)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава чугунов (ГОСТ 805-80, ГОСТ 4832-80) на аттестованные элементы.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.06.1994

Описание СО:

материалом СО является чугун (ГОСТ 805-80, ГОСТ 4832-80). СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки с герметичной крышкой по 300 г.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
Ч8	C	3.34	%	0.01	A
Ч8	S	0.0123	%	0.0005	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.