

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 25.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 2918-84

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО МОДУЛЯ КОЭФФИЦИЕНТА ОТРАЖЕНИЯ (ПОЛИСТИРОЛ И ФТОРОПЛАСТ)

Назначение СО:

СО предназначены для аттестации и поверки рабочих средств измерений малых значений модуля коэффициента отражения.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.06.1994

Описание СО:

СО изготовлены из фторопласта-4 марки Т-1 (ГОСТ 10007-80Е) и полистирола марки ПСМД (ГОСТ 20282-74) в виде коаксиальных шайб, внешний диаметр которых 16 мм, внутренний диаметр 4,62 мм, толщина 6 мм и 4 мм (полистирол) и 10 мм (фторопласт), соединенных держателем длиной 13,75мм; 17мм; 27мм и 56,2 мм (полистирол), 51.5 мм (фторопласт).

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

СНИИМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 10 лет с повторной аттестацией в СНИИМ через каждые 3 года

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

модуль коэффициента отражения по напряженности эл. поля, отн. ед.

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\delta^*$	***
01	Модуль коэффициента отражения электромагнитных волн (ЭМВ)		0.01 - 0.03	отн. ед.	2	О

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.