

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 25.04.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 2934-84/2937-84

Количество СО в комплекте: 4

**Наименование СО:** СО МАССОВОЙ ДОЛИ ЭЛЕМЕНТА (ЗОЛОТО) (КОМПЛЕКТ МЗП)  
**Назначение СО:**

СО предназначены для аттестации, поверки и градуировки  
рентгенорадиометрических анализаторов (ГОСТ 22462-77).

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.06.1989

**Описание СО:**

комплект включает 4 образца. СО изготовлены в виде цилиндров диаметром 50 мм,  
высотой 10 мм из полимерного материала с наполнителем.

**Страна изготовитель ГСО:** Грузия

**Изготовитель(и):**  
ИН-Т ФИЗИКИ АН ГРУЗИИ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** применение аттестованных методик  
измерений

**Срок годности экземпляра СО:** 5 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**  
массовая доля золота, %

| Индекс<br>СО | Аттестованная<br>характеристика | Аттестованное<br>значение | Единица<br>величины | Границы<br>погрешности<br>$\pm\Delta^*$ | *** |
|--------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------|---|-----|
| 01           | Au                              | 5.23                      | %                   | 0.08                                    | A   |
| 02           | Au                              | 8.45                      | %                   | 0.13                                    | A   |

|    |    |       |   |      |   |
|----|----|-------|---|------|---|
| 03 | Au | 12.41 | % | 0.19 | A |
| 04 | Au | 19.03 | % | 0.29 | A |

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.