

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 25.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 2964-84/2966-84

Количество СО в комплекте: 3

Наименование СО: СО КОЭРЦИТИВНОЙ СИЛЫ (ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ СТАЛИ)
комплект МС-7

Назначение СО:

СО предназначены для поверки рабочих средств измерений статических магнитных параметров магнитомягких материалов (коэрцитиметров).

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.09.1994

Описание СО:

комплект состоит из 3 образцов. Два образца изготовлены в виде стержня длиной 100 мм и диаметром 7 мм, третий - в виде пластины размером (100x7x2) мм из электротехнической стали марок 20832 и 20895 (ГОСТ 3836-83) и 11864 (ГОСТ 11036-75).

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

НПО "ВНИИМ им.Д.И.Менделеева"

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: использование государственных эталонов единиц величин

Срок годности экземпляра СО: 10 лет с повторной аттестацией через 2 года

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

коэрцитивная сила, А/м

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\delta^*$	***
--------------	---------------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------	---	-----

01	Коэрцитивная сила		29.5	А/м	1.5	О
02	Коэрцитивная сила		53.3	А/м	1.5	О
03	Коэрцитивная сила		79.5	А/м	1.5	О

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.