

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 29.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 565-82

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО 2-ГО РАЗРЯДА СВЕТОВОГО ВЫХОДА И СОБСТВЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ ДЕТЕКТОРОВ НА ОСНОВЕ МОНОКРИСТАЛЛОВ NAJ(Tl), УПАКОВАННЫХ БЕЗ ИММЕРСИИ

Назначение СО:

СО предназначен для аттестации стандартных образцов того же типа 3 разряда, а также для аттестации образцовых установок для определения сцинтилляционных параметров детекторов.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.01.2002

Описание СО:

СО представляет собой детектор на основе монокристалла NAJ(Tl) цилиндрической формы, диаметром и высотой 40 мм, упакованного без иммерсии в алюминиевый контейнер с отражателем из окиси магния.

Страна изготовитель ГСО: Украина

Изготовитель(и):

НПО "Монокристаллреактив"

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: использование государственных эталонов единиц величин

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

световой выход, усл. ед.; собственное разрешение, %

Индекс	Аттестованная	Влияющие	Аттестованное	Единица	Границы	***
--------	---------------	----------	---------------	---------	---------	-----

СО	характеристика	величины	значение	величины	погрешности $\pm\delta^*$	
01	Собственное разрешение		5.0 - 10.0	%	6	О
01	Световой выход		1.5 - 4.0	усл. ед.	6	О

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.