

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 05.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 765-82П

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА ФЕРРОВОЛЬФРАМА ТИПА В1 (Ф18)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля правильности результатов анализа ферровольфрама (ГОСТ 17293-71) на аттестованные элементы.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.12.1992

Описание СО:

материал СО представляет собой ферровольфрам типа В1. СО изготовлен в виде порошка, расфасованного в стеклянные банки по 200 г.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
Ф18	Si	0.35	%	0.01	A
Ф18	Mn	0.158	%	0.003	A
Ф18	C	0.084	%	0.002	A

Φ18	S	0.071	%	0.001	A
Φ18	P	0.042	%	0.001	A
Φ18	Mo	0.55	%	0.01	A
Φ18	Cu	0.108	%	0.003	A
Φ18	W	74.3	%	0.1	A
Φ18	As	0.027	%	0.001	A
Φ18	Sn	0.038	%	0.001	A
Φ18	Pb	0.0003	%	0.0001	A
Φ18	Sb	(0.007)	%		

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.