

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 29.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 913-82П

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА СТАЛЕЙ, НЕ ЛЕГИРОВАННЫХ ВОЛЬФРАМОМ И НИОБИЕМ, ТИПА 18ЮА, 20ХТНТР, Св-06Х25Н12ТЮ, 55С2, 30Х13Н7С2, серия 5Са

Назначение СО:

СО предназначен для аттестации стандартных образцов состава сталей, не легированных вольфрамом и ниобием (ГОСТ 803-66, ГОСТ 4543-71, ГОСТ 2246-70, ГОСТ 14959-79, ГОСТ 5632-72), на массовую долю кремния.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.03.1992

Описание СО:

материал СО представляет собой сталь Св-06Х25Н12ТЮ. СО изготовлен в виде стружки, расфасованной в стеклянные банки по 200 г.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля кремния, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm \Delta^*$	***
	Si	0.810	%	0.005	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.