

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 29.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 956-82П

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА СТАЛЕЙ, НЕ ЛЕГИРОВАННЫХ КОБАЛЬТОМ, ВОЛЬФРАМОМ, НИОБИЕМ ТИПОВ 08кп, 38Х2МЮА, 15ХСНД, 40ХН2МА, 12Х2Н4А, св-06Х25Н12ТЮ, серия 7СА

Назначение СО:

СО предназначен для аттестации стандартных образцов состава сталей, не легированных кобальтом, вольфрамом и ниобием (ГОСТ 1050-74, ГОСТ 4543-71, ГОСТ 19282-73, ГОСТ 2246-70), на массовую долю никеля.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.03.1992

Описание СО:

материал СО представляет собой сталь 12Х2Н4А. СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки по 300 г.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля никеля, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm \Delta^*$	***
--------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	--	-----

	Ni	3.40	%	0.01	A
--	----	------	---	------	---

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.