

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 29.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1022-82П

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА СТАЛЕЙ, ЛЕГИРОВАННЫХ ВОЛЬФРАМОМ И НИОБИЕМ, НЕ ЛЕГИРОВАННЫХ КОБАЛЬТОМ, ТИПОВ Р9, Р18, 30ХН2ВФА, 13Х14МЗВ2ФР, 45Х14М14В2М, 08Х15Н24В4ТР, серия 8Са

Назначение СО:

СО предназначен для аттестации стандартных образцов состава сталей, легированных вольфрамом и ниобием и не легированных кобальтом (ГОСТ 19265-73, ГОСТ 4543-71, ГОСТ 5632-72), на массовую долю никеля.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.06.1992

Описание СО:

материал СО представляет собой сталь 30ХН2ВФА. СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки по 150 г и 350 г.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля никеля, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm \Delta^*$	***
--------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	--	-----

	Ni	1.567	%	0.006	A
--	----	-------	---	-------	---

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.