

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 29.04.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 1339-82П

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА УГЛЕРОДИСТЫХ И НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ ТИПОВ 008ЖР (39C1a), (39C8a), 38Х2Ю (39C2a), 38ХНЗМА (39C3a), 55C2 (39C4a), БСт5сп (39C5a), А12 (39C6a), АС14 (39C7a), серия 39Са

**Назначение СО:**

СО предназначен для аттестации стандартных образцов состава углеродистых и низколегированных сталей (ГОСТ 803-66, ГОСТ 1435-74, ГОСТ 4543-71, ГОСТ 1414-75, ГОСТ 380-71, ГОСТ 14959-79, ТУ 14-1-2033-77 "Железо чистое марок 005ЖР и 008ЖР", МЧМ СССР) на массовую долю серы.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.03.1992

**Описание СО:**

материал СО представляет собой сталь легированную 38Х2Ю. СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки по 300 г.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

ИСО ЦНИИЧМ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

массовая доля серы, %

| Индекс<br>СО | Аттестованная<br>характеристика | Аттестованное<br>значение | Единица<br>величины | Границы<br>погрешности | *** |
|--------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|-----|
|--------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|-----|

|  |   |        |   |               |   |
|--|---|--------|---|---------------|---|
|  |   |        |   | $\pm\Delta^*$ |   |
|  | S | 0.0059 | % | 0.0002        | A |

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.