

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 29.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1416-82П

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА Св-06Х20Н11М3ТБ (С43а)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля правильности результатов анализа сталей легированных (ГОСТ 2246-70) на аттестованные элементы.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.03.1992

Описание СО:

материал СО представляет собой сталь легированную Св-06Х20Н11М3ТБ. СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки по 150 г и 250 г.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	С	0.022	%	0.001	А

01	Si	1.09	%	0.01	A
01	Mn	0.378	%	0.004	A
01	Cr	20.82	%	0.03	A
01	Ni	11.63	%	0.03	A
01	Mo	5.22	%	0.02	A
01	Ti	0.740	%	0.007	A
01	Cu	0.223	%	0.003	A
01	S	0.0050	%	0.0003	A
01	P	0.0108	%	0.0006	A
01	Nb	0.80	%	0.01	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.