

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 05.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 2238-82

Количество СО в комплекте: 5

Наименование СО: СО МАГНИТНОГО МОМЕНТА НАСЫЩЕНИЯ (ИТТРИЙ-ЖЕЛЕЗНЫЙ ГРАНАТ), комплект МС-3

Назначение СО:

СО предназначены для градуировки и поверки магнитометрических установок.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.03.1992

Описание СО:

комплект СО представляет собой набор из 5 шаров диаметром от 1 до 3 мм (дискретно через 0,5 мм), изготовленных из монокристаллического иттрий-железного граната.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

НПО "ВНИИМ им.Д.И.Менделеева"

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 10 лет с повторной аттестацией в НПО "ВНИИМ им. Д.М. Менделеева" через 3 года

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

магнитный момент насыщения, А/м²

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\delta^*$	***
--------------	---------------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------	---	-----

01	Магнитный момент (насыщения)		2xE-3 - 1xE-4	A/м2	1	O
----	------------------------------------	--	---------------	------	---	---

* при доверительной вероятности 0.99

*** А - абсолютная, О - относительная.