

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 29.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 2239-82

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ (ПРЕСОВАННЫЙ
ПОРОШКООБРАЗНЫЙ ПЕРМАЛОЙ) МС-2

Назначение СО:

СО предназначен для комплектной поверки установок, служащих для определения магнитных характеристик высокочастотных магнитомягких материалов по ГОСТ 8763-77, ГОСТ 14208-77, ОСТ 11.707.022-80.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.03.1992

Описание СО:

СО представляет собой кольцевой сердечник, материал сердечника - прессованный порошкообразный пермалой (ОСТ 11.707.022-80). Геометрические размеры СО: эффективная площадь поперечного сечения сердечника - 49,7 мм²; эффективная длина магнитного пути в сердечнике - 109 мм.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

НПО "ВНИИМ им.Д.И.Менделеева"

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: использование государственных эталонов единиц величин

Срок годности экземпляра СО: 10 лет с повторной аттестацией в НПО "ВНИИМ им. Д.М. Менделеева" через 2 года

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

относительная начальная магнитная проницаемость, отн.ед; тангес угла магнитных потерь, отн.ед.

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\delta^*$	***
01	Тангенс угла магнитных потерь		10×10^{-3} - 30×10^{-3}	отн. ед.	3	О
01	Начальная магнитная проницаемость		90 - 160	отн. ед.	0.3	О

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.