

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 29.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 2248-82

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА ПИРИТНОГО КОНЦЕНТРАТА

Назначение СО:

СО предназначен для контроля правильности результатов измерений состава пиритного концентрата на аттестованные элементы.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.12.1988

Описание СО:

материал СО представляет собой концентрат пиритный. СО изготовлен в виде порошка, расфасованного в стеклянные банки по 200 г.

Страна изготовитель ГСО: Республика Казахстан

Изготовитель(и):

Казахский РЦСМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	S	(51.14)	%		
01	MgO	(0.2336)	%		
01	Fe	45.24	%	0.17	A

01	Co	0.1224	%	0.0025	A
01	Pb	0.0191	%	0.0011	A
01	Ni	0.0628	%	0.0018	A
01	Cu	0.0286	%	0.0017	A
01	Mn	0.0092	%	0.0009	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.