

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 29.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 2278-82

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО КОМПЛЕКСНОЙ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ
(КЕРАМИКА ПТ) ТК1-5

Назначение СО:

СО предназначен для поверки рабочих средств измерений типа Ш2-4 Дт 2.735.015 и
ИПДФ-3М Дт 2.735.002.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.03.1992

Описание СО:

материал СО изготовлен из керамики ПТ (НГО.002.020). СО изготовлен в виде
коаксиальной шайбы, внешний диаметр которых равен 24 мм и 16 мм, внутренний
диаметр - 6,87 мм и 4,6 мм и толщина - 10 мм и 5 мм, соответственно.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

СНИИМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: использование государственных
эталонов единиц величин

Срок годности экземпляра СО: 10 лет с переаттестацией через 3 года

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

относительная диэлектрическая проницаемость, отн.ед.; тангес угла диэлектрических
потерь, отн.ед.

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности	***
--------------	---------------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------	------------------------	-----

					$\pm\delta^*$	
01	Относительная диэлектрическая проницаемость	диапазон частот (0,2-7) ГГц	17.5 - 23	отн. ед.	1	О
01	Тангенс угла диэлектрических потерь	диапазон частот (0,2-7) ГГц	5*E-4 - 5*E-3	отн. ед.	10	О

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.