

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 29.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 2289-82/2290-82

Количество СО в комплекте: 2

Наименование СО: СО ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ БЕТОНА (комплект ВСКМ-Б-1)

Назначение СО:

СО предназначены для поверки влагомеров строительных материалов ВСКМ-12 при выпуске их из производства и в процессе эксплуатации.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.12.1999

Описание СО:

материал СО представляет собой полимерный компаунд с металлическим экраном. Материал в виде параллелепипедов размерами (257x257x18) мм и (257x257x8) мм, объединенных в обин блок. Комплект состоит из 2 СО (двух сторон блока). Одна сторона СО № 1 - бронзового цвета - имитирует диэлектрические свойства бетона в диапазоне от 4 % до 20 % влагосодержания; другая сторона СО № 2 - стального цвета - в диапазоне от 20 % до 40 % влагосодержания

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

НИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ФИЗИКИ
ВНИИМСО

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное непрерывное

Способ установления аттестованного значения: использование государственных эталонов единиц величин

Срок годности экземпляра СО: 10 лет с ежегодной повторной аттестацией в СФ ВНИИМ

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

влагосодержание, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	Влагосодержание		4.8	%	0.4	А
02	Влагосодержание		27.1	%	0.4	А

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.